

淮北市中医医院急诊科心肺复苏仪及康复科理疗设备招标公告

项目编号：ZY2019-02-0003

淮北市中医医院急诊科心肺复苏仪及康复科理疗设备采购,欢迎具有相应资质的供应商报名参加,现将有关事项公告如下:

一、项目名称:淮北市中医医院急诊科心肺复苏仪及康复科理疗设备采购

二、采购单位:淮北市中医医院

三、采购内容:

第一包,急诊科心肺复苏仪(1台)

第二包,康复科理疗设备(中频治疗仪10台,微波治疗仪1台,短波治疗仪1台,超短波治疗仪1台)

四、供应商资格要求:

- A、具有独立承担民事责任的能力;
- B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- E、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- F、具有医疗器械生产、经营许可证,具有类似项目业绩;

五、报名截止时间2019年3月11日17:30,评标时间:2019年3月12日15:00至17:30

六、报名、递交报价文件及评标地点:淮北市中医院门诊楼六楼会议室(淮北市人民路186号)

七、联系人:朱先生、蔡先生。联系电话:0561-3199630(朱先生),3198014(蔡先生)。

八、报名时需提供营业执照副本、税务登记证、法人代表证书或法人代表委托授权书、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、代理商应出具所代理品牌制造商的授权证书及相关资质复印件一套(加盖单位公章)。

九、外地供应商可通过电话、电子邮件、邮寄方式进行报名,电子邮件地址:

8238000@qq.com,邮寄地址:淮北市人民路186号(淮北市中医医院招标办)

设备要求(产品提供三年质保):

急诊科心肺复苏仪:

心肺复苏仪用于病人心脏骤停时心脏胸外按压,院前、院内急救。间歇式周期正压充氧、电控气动连续可调,交直流两用可。

心脏自动按压频率:大于100次/分,分档可调

心脏按压深度:3.5-5cm可调

按压部位具有缓冲功能,不会压伤、压断肋骨。

按压充气比:15:2、30:2、连续按压等任选

潮气量:0~1200ml,充气量最大压力:≤180mmH₂O

按压头可多方位调节,便于抢救中对准心脏位置,更方便、快捷

触摸屏操作,有独特记忆功能,记忆前一次设置参数。

锂电池可连续工作 6~8 个小时，具有低电压报警功能。

康复科(产品符合 YY 0505-2012 医用电气设备 第 1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求)

中频治疗仪(含离子导入功能)

- 1、工作频率：中频载波频率 2—8kHz，单一频率允差±10%
- 2、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波等幅波等波形。
- 3、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。
- 4、输出电流调节方式：多档可调。
- 5、输出通道：四路同、异步治疗通道，两路同、异步热电通道，两路离子导入通道，两路干扰电治疗通道；可实现离子导入功能，且离子导入耗材通用。
- 6、开路、短路保护功能。
- 7、带原厂台车，方便移动。

微波治疗仪(产品符合 YY0838-2011、YY0899-2013 医用微波设备附件的通用要求)

设备可用于神经科、骨科、妇科、小儿科、呼吸科、心血管科和运动创伤等疾病，提供以下参数：电源电压及范围、微波频率范围、理疗功率范围、工作模式、连续工作时间。

短波治疗仪

设备可用于：炎症性疾病、疼痛性疾病、血管和自主神经功能紊乱、消化系统疾病、软组织、骨关节等疾病。提供以下参数：短波频率，输出模式，频率及脉冲宽度范围及调整方式，连续工作时间。

超短波治疗仪

设备可用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。提供以下参数：超短波频率、治疗时间多档可调、脉冲调制频率范围、连续工作时间。